



### Wykonawcy wszyscy

DA.271-27-8/20

Nowy Sącz, dnia 28 lipca 2020 r.

### Dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż łóżek szpitalnych wraz z materacami i szafek przyłóżkowych**, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

#### Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?  
**Odp. Nie.**
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko (21 szt.) o szerokości całkowitej 925 mm?  
**Odp. Nie**
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko (21 szt.) o szerokości leża 800 mm?  
**Odp. Nie**
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko (21 szt.) o szerokości całkowitej 1025 mm?  
**Odp. Tak**
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko (21 szt.) o szerokości leża 900 mm?  
**Odp. Tak**
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko (21 szt.) o długości całkowitej 2130 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?  
**Odp. Tak**
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko (21 szt.) o konstrukcji wykonanej z profili stalowych o przekroju 4 x 3 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?  
**Odp. Tak**
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko (21 szt.) z regulacją segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?  
**Odp. Tak**
9. Czy Zamawiający dopuści łóżko (21 szt.) gdzie szczyty oraz nogi stanowią odrębne części (nogi schowane w głąb łóżka)?  
**Odp. Tak**
10. Czy Zamawiający dopuści łóżko (21 szt.) ze szczytami wykonanymi z metalowej rury pokrytej chromem?  
**Odp. Tak**
11. Czy Zamawiający dopuści łóżko (21 szt.) z nogami wykonanymi z kształtowników o wymiarach 3 x 3 cm?  
**Odp. Tak**
12. Czy Zamawiający dopuści łóżko (21 szt.) ze szczytami wypełnionymi płytą hpl o grubości 8 mm?  
**Odp. Nie**

13. Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.  
**Odp. Tak**
14. Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) o długości całkowitej 2130 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?  
**Odp. Tak**
15. Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) o konstrukcji wykonanej z profili stalowych o przekroju 4 x 3 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?  
**Odp. Tak**
16. Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) z możliwością wyboru koloru powierzchni lakierowanych spośród dwóch kolorów?  
**Odp. Tak**
17. Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) z ramkami segmentów leża wykonanymi z kształtowników stalowych prostokątnych, zaokrąglonych?  
**Odp. Tak**
18. Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) ze szczytami wypełnionymi płytą hpl o grubości 8 mm?  
**Odp. Nie**
19. Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) z barierkami bocznymi o długości 147 cm?  
**Odp. Tak**
20. Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt.) z barierkami bocznymi składanymi poniżej poziomu materaca?  
**Odp. Tak**
21. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (25 szt.) o głębokości 46 cm (wraz z uchwytami do otwierania)?  
**Odp. Tak**
22. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (25 szt.) z drzwiczkami o wymiarach 32,5 x 33,5, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?  
**Odp. Tak**
23. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (25 szt.) bez wyjmowanej półki wewnątrz zamykanej komory?  
**Odp. Tak**
24. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (25 szt.) z półką pod kontenerem wykonaną ze stalowej siatki?  
**Odp. Tak**
25. Czy Zamawiający dopuści łóżko (17 szt.) o szerokości całkowitej 925 mm?  
**Odp. Nie**
26. Czy Zamawiający dopuści łóżko (17 szt.) o szerokości leża 800 mm?  
**Odp. Nie**
27. Czy Zamawiający dopuści łóżko (17 szt.) o szerokości całkowitej 1025 mm?  
**Odp. Tak**
28. Czy Zamawiający dopuści łóżko (17 szt.) o szerokości leża 900 mm?  
**Odp. Tak**
29. Czy Zamawiający dopuści łóżko (17 szt.) o długości całkowitej 2130 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?  
**Odp. Tak**
30. Czy Zamawiający dopuści łóżko (17 szt.) o konstrukcji wykonanej z profili stalowych o przekroju 4 x 3 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?  
**Odp. Tak**
31. Czy Zamawiający dopuści łóżko (17 szt.) z ramkami segmentów leża wykonanymi z kształtowników stalowych prostokątnych, zaokrąglonych?  
**Odp. Tak**
32. Czy Zamawiający dopuści łóżko (17 szt.) z centralną blokadą kół?  
**Odp. Tak**
33. Czy Zamawiający dopuści łóżko (17 szt.) bez blokady kierunkowej?  
**Odp. Tak**
34. Czy Zamawiający dopuści łóżko (17 szt.) ze szczytami wypełnionymi płytą hpl o grubości 8 mm?  
**Odp. Nie**
35. Czy Zamawiający dopuści łóżko (17 szt.) z barierkami bocznymi składającymi się z trzech profili poziomych o wymiarach 2 x 4 cm oraz dwóch profili pionowych o fi 25 mm? Barierki składane wzdłuż ramy leża.  
**Odp. Tak**
36. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 4b) o długości całkowitej 2130 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?  
**Odp. Tak**

37. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 4b) o konstrukcji wykonanej z profili stalowych o przekroju 4 x 3 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?  
**Odp. Tak**
38. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 4b) z możliwością wyboru koloru powierzchni lakierowanych spośród dwóch kolorów?  
**Odp. Tak**
39. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 4b) z regulacją wysokości leża w zakresie 430-830 mm?  
**Odp. Tak**
40. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 4b) z leżem opartym na pantografie?  
**Odp. Tak**
41. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 4b) z centralną blokadą kół?  
**Odp. Tak**
42. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 4b) bez blokady kierunkowej?  
**Odp. Tak**
43. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 4b) ze szczytami wypełnionymi płytą hpl o grubości 8 mm?  
**Odp. Nie**
44. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 4b.) z tulejami do montażu wyposażenia dodatkowego w dwóch narożach?  
**Odp. Tak**
45. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 4b) z barierkami bocznymi o długości 147 cm?  
**Odp. Tak**
46. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 4b) z barierkami bocznymi składanymi poniżej poziomu materaca?  
**Odp. Tak**
47. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (27 szt.) o głębokości 46 cm (wraz z uchwytami do otwierania)?  
**Odp. Tak**
48. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (27 szt.) z drzwiczkami o wymiarach 32,5 x 33,5, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?  
**Odp. Tak**
49. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (27 szt.) bez wyjmowanej półki wewnątrz zamykanej komory?  
**Odp. Tak**
50. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (27 szt.) o wysokości całkowitej 800 mm (blat boczny zamontowany z boku szafki, składany do boku szafki)?  
**Odp. Tak**
51. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (27 szt.) o szerokości całkowitej 62 cm (ze złożonym blatem bocznym) oraz szerokości 400 mm (bez blatu bocznego)?  
**Odp. Tak**
52. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (27 szt.) z szufladą o wysokości 9 cm?  
**Odp. Tak**
53. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (27 szt.) z blatem bocznym o wymiarach 52 x 36 cm, z możliwością jego pochylecia na boki?  
**Odp. Tak**
54. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (27 szt.) z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 80-120 cm?  
**Odp. Tak**
55. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (27 szt.) z całym mechanizmem do regulacji wysokości blatu bocznego lakierowanym proszkowo?  
**Odp. Tak**
56. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (27 szt.) wyposażoną w 4 kółka oraz dodatkowe piąte kółko pod blatem bocznym?  
**Odp. Tak**
57. Czy Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) o długości całkowitej 2130 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?  
**Odp. Tak**
58. Czy Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) o konstrukcji wykonanej z profili stalowych o przekroju 4 x 3 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?  
**Odp. Tak**
59. Czy Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) z możliwością wyboru koloru powierzchni lakierowanych spośród dwóch kolorów?  
**Odp. Tak**
60. Czy Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 430-830 mm?  
**Odp. Tak**
61. Czy Zamawiający dopuści łóżko (7 szt.) z leżem opartym na pantografie?  
**Odp. Tak**

62. Czy Zamawiający dopuści łózko (7 szt.) z centralną blokadą kół?  
**Odp. Tak**
63. Czy Zamawiający dopuści łózko (7 szt.) bez blokady kierunkowej?  
**Odp. Tak**
64. Czy Zamawiający dopuści łózko (7 szt.) ze szczytami wypełnionymi płytą hpl o grubości 8 mm?  
**Odp. Nie**
65. Czy Zamawiający dopuści łózko (7 szt.) z tulejami do montażu wyposażenia dodatkowego w dwóch narożach?  
**Odp. Tak**
66. Czy Zamawiający dopuści łózko (7 szt.) z barierkami bocznymi o długości 147 cm?  
**Odp. Tak**
67. Czy Zamawiający dopuści łózko (7 szt.) z barierkami bocznymi składanymi poniżej poziomu materaca?  
**Odp. Tak**
68. Czy Zamawiający dopuści łózko (3 szt.) o szerokości całkowitej 990 mm?  
**Odp. Tak**
69. Czy Zamawiający dopuści łózko (3 szt.) o długości całkowitej 2150 mm?  
**Odp. Tak**
70. Czy Zamawiający dopuści łózko (3 szt.) z leżem o szerokości 870 mm?  
**Odp. Tak**
71. Czy Zamawiający dopuści łózko (3 szt.) o konstrukcji wykonanej z profili stalowych o przekroju 4 x 2,5 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?  
**Odp. Tak**
72. Czy Zamawiający dopuści łózko (3 szt.) bez zewnętrznej ramy leża?  
**Odp. Tak**
73. Czy Zamawiający dopuści łózko (3 szt.) z leżem wypełnionym odcinowanymi płytami z polipropylenu?  
**Odp. Tak**
74. Czy Zamawiający dopuści łózko (3 szt.) z całym łóżkiem zgodnym z IP44?  
**Odp. Tak**
75. Czy Zamawiający dopuści łózko (3 szt.) z regulacją segmentu uda w zakresie 0-43°?  
**Odp. Tak**
76. Czy Zamawiający dopuści łózko (3 szt.) z Trendelburgiem 16° i anty-Trendelburgiem 16°?  
**Odp. Tak**
77. Czy Zamawiający dopuści łózko (3 szt.) z jedną diodą informującą o podłączeniu do sieci i stanie naładowania akumulatora?  
**Odp. Tak**
78. Czy Zamawiający dopuści łózko (3 szt.) z kołami o średnicy 150 mm?  
**Odp. Tak**
79. Czy Zamawiający dopuści łózko (3 szt.) z centralną blokadą kół?  
**Odp. Tak**
80. Czy Zamawiający dopuści łózko (3 szt.) ze szczytami wykonanymi z płaskowników stalowych lakierowanych proszkowo o wymiarach 3 x 1,5 cm, z pogrubieniem/uchwytem do przetaczania?  
**Odp. Tak**
81. Czy Zamawiający dopuści łózko (3 szt.) ze szczytami wypełnionymi płytą hpl o grubości 8 mm?  
**Odp. Nie**
82. Czy Zamawiający dopuści łózko (3 szt.) z barierkami bocznymi o długości 147 cm?  
**Odp. Tak**
83. Czy Zamawiający dopuści łózko (3 szt.) z barierkami bocznymi składanymi poniżej poziomu materaca?  
**Odp. Tak**
84. Czy Zamawiający dopuści łózko (10 szt.; poz. 6c) o szerokości całkowitej 925 mm?  
**Odp. Nie**
85. Czy Zamawiający dopuści łózko (10 szt.; poz. 6c) o szerokości leża 800 mm?  
**Odp. Nie**
86. Czy Zamawiający dopuści łózko (10 szt.; poz. 6c) o szerokości całkowitej 1025 mm?  
**Odp. Tak**
87. Czy Zamawiający dopuści łózko (10 szt.; poz. 6c) o szerokości leża 900 mm?  
**Odp. Tak**
88. Czy Zamawiający dopuści łózko (10 szt.; poz. 6c) o długości całkowitej 2130 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?  
**Odp. Tak**

89. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 6c) o konstrukcji wykonanej z profili stalowych o przekroju 4 x 3 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?  
**Odp. Tak**
90. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 6c) z ramkami segmentów leża wykonanymi z kształtowników stalowych prostokątnych, zaokrąglonych?  
**Odp. Tak**
91. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 6c) bez możliwości regulacji segmentu uda (łóżko dwusegmentowe z regulacją tylko segmentu pleców)?  
**Odp. Tak**
92. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 6c) ze szczytami wypełnionymi płytą hpl o grubości 8 mm?  
**Odp. Nie**
93. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 6c) z barierkami bocznymi o długości 147 cm?  
**Odp. Tak**
94. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 6c) z barierkami bocznymi składanymi poniżej poziomu materaca?  
**Odp. Tak**
95. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 6c) z centralną blokadą kół?  
**Odp. Tak**
96. Czy Zamawiający dopuści łóżko (10 szt.; poz. 6c) bez blokady kierunkowej?  
**Odp. Tak**
97. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (20 szt. poz. 7 i 9) o głębokości 46 cm (wraz z uchwytem do otwierania)?  
**Odp. Tak**
98. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (20 szt. poz. 7 i 9) z drzwiczkami o wymiarach 32,5 x 33,5, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?  
**Odp. Tak**
99. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (20 szt. poz. 7 i 9) bez wyjmowanej półki wewnątrz zamykanej komory?  
**Odp. Tak**
100. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (20 szt. poz. 7 i 9) o wysokości całkowitej 800 mm (blat boczny zamontowany z boku szafki, składany do boku szafki)?  
**Odp. Tak**
101. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (20 szt. poz. 7 i 9) o szerokości całkowitej 62 cm (ze złożonym blatem bocznym) oraz szerokości 400 mm (bez blatu bocznego)?  
**Odp. Tak**
102. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (20 szt. poz. 7 i 9) z szufladą o wysokości 9 cm?  
**Odp. Tak**
103. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (20 szt. poz. 7 i 9) z blatem bocznym o wymiarach 52 x 36 cm, z możliwością jego pochYLENIA na boki?  
**Odp. Tak**
104. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (20 szt. poz. 7 i 9) z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 80-120 cm?  
**Odp. Tak**
105. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (20 szt. poz. 7 i 9) z całym mechanizmem do regulacji wysokości blatu bocznego lakierowanym proszkowo?  
**Odp. Tak**
106. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (20 szt. poz. 7 i 9) wyposażoną w 4 kółka oraz dodatkowe piąte kółko pod blatem bocznym?  
**Odp. Tak**
107. Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne pozycje?  
**Odp. Nie**

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego  
im. Jędrzeja Śniadeckiego w N. Sączu  
*Lidia Zelek*