



**Wykonawcy
wszyscy**

DA.271-27-9/20

Nowy Sącz, dnia 27 lipca 2020 r.

Dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż łóżek szpitalnych wraz z materacami i szafek przyłóżkowych**, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zad. nr 2

1. Czy Zamawiający, w przypadku łóżek regenerowanych, dopuści 12-miesięczny okres gwarancji?

Odp. Zamawiający dopuszcza 12- miesięczny okres gwarancji, jednakże z uwagi na fakt, że gwarancja jest jednym z kryteriów oceny ofert, to Wykonawca przy ocenie dostanie 0 punktów.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżka z barierkami bocznymi dzielonymi w proporcji 1/3 do 2/3? Rozwiązanie takie ułatwia dostęp do poszczególnych części ciała pacjenta z jednakowym zabezpieczeniem pozostałej części ciała.

Odp. Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości zewnętrznej 225cm i długości leża 210cm? Umożliwia to wygodne korzystanie z łóżka wysokim pacjentom.

Odp. Tak.

4. Czy Zamawiający zamieni we wzorze umowy §10 pkt 1 lit. E zapis: „**wysokości 1% wartości brutto umowy** określonej w §9” na: „ **wysokości 1% wartości brutto wadliwego sprzętu**”? Biorąc pod uwagę obecne i potencjalnie przyszłe ograniczenia związane z pandemią nie możemy być w 100% pewni terminowości serwisu.

Odp. Zamawiający zmienia zapis § 10 pkt 1 lit. e) na :

„w przypadku niedotrzymania czasów reakcji serwisu, czasów naprawy towaru (sprzętu/urządzeń) o których mowa w załączniku nr ... do umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy określonej w §9 za każdą godzinę opóźnienia”.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
im. Jędrzeja Śniadeckiego w N.Sączu
Lidia Zetek