



**Wykonawcy
wszyscy**

DA.271-27-12/20

Nowy Sącz, dnia 3 sierpnia 2020 r.

Dotyczy: zapytanie nr 5 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż łóżek szpitalnych wraz z materacami i szafek przyłóżkowych**, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Łóżko szpitalne – 21 sztuk

Punkt 1

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganej ?

Odp. Tak.

Punkt 2

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2080 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganej ?

Odp. Tak.

Punkt 5

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 1950 x 850 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganej ?

Odp. Tak.

Punkt 6,7

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wypełnione płytami metalowymi z otworami wentylacyjnymi w leżu zamontowane na stałe?

Odp. Tak.

Łóżko szpitalne – 4 sztuki

Punkt 1

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganej ?

Odp. Tak.

Punkt 2

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2080 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganej ?

Odp. Tak.

Punkt 3

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 1950 x 850 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganej ?

Odp. Tak.

Punkt 7

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wypełnione płytami metalowymi z otworami wentylacyjnymi w leżu zamontowane na stałe?

Odp. Tak.

Punkt 19

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami z profilami okrągłymi ?

Odp. Tak.

Punkt 19

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami zabezpieczające pacjenta na 3/4 długości leża?

Odp. Tak.

Punkt 19

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o wymiarach 1400 x 340 mm?

Odp. Tak.

Szafki – 25 sztuk

Punkt 1,2,3

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 840 mm, szerokości 450 mm i głębokości 480 mm

Odp. Tak.

Punkt 8

- Czy Zamawiający dopuści szafkę na prowadnicach suwnych bez tworzywowego wkładu?

Odp. Tak.

Punkt 9

- Czy Zamawiający dopuści szafkę bez półki wewnątrz szafki?

Odp. Tak.

Punkt 12

- Czy Zamawiający dopuści szafkę bez półki na buty?

Odp. Nie.

Łóżko szpitalne – 17 sztuk

Punkt 1

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganej ?

Odp. Tak.

Punkt 2

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2080 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganej ?

Odp. Tak.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 1950 x 850 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganej ?

Odp. Tak.

Punkt 6

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wypełnione płytami metalowymi z otworami wentylacyjnymi w leżu zamontowane na stałe?

Odp. Tak.

Punkt 16

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami zabezpieczające pacjenta na 3/4 długości leża plus protektor ?

Odp. Tak.

Łóżko szpitalne – 10 sztuk

Punkt 2

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2150 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganej ?

Odp. Tak.

Punkt 6

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wypełnione płytami metalowymi z otworami wentylacyjnymi w leżu zamontowane na stałe?

Odp. Tak.

Punkt 6

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wypełnione metalowymi lamelami w leżu zamontowane na stałe?

Odp. Tak.

Punkt 11

- Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami z ABS odejmowane bez użycia narzędzi ?

Odp. Tak.

Szafka – 27 sztuk

Punkt 5,9

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z dwoma szufladami z czego jedna w postaci kontenera z wyjmowanym wkładem tworzywowym, znacznie lepsza w obsłudze?

Odp. Tak.

Punkt 13

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym którego regulacja odbywa się za pomocą sprężyny gazowej ?

Odp. Tak.

Łóżko szpitalne – 7 sztuk

Punkt 2

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2150 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganej ?

Odp. Tak.

Punkt 6

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wypełnione płytami metalowymi z otworami wentylacyjnymi w leżu zamontowane na stałe?

Odp. Tak.

Punkt 6

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wypełnione metalowymi lamelami w leżu zamontowane na stałe?

Odp. Tak.

Punkt 11

- Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami z ABS odejmowane bez użycia narzędzi ?

Odp. Tak.

Łóżko szpitalne – 3 sztuk

Punkt 2

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2150 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganej ?

Odp. Tak.

Punkt 6

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wypełnione płytami metalowymi z otworami wentylacyjnymi w leżu zamontowane na stałe?

Odp. Tak.

Punkt 6

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wypełnione metalowymi lamelami w leżu zamontowane na stałe?

Odp. Tak.

Punkt 14

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami z ABS odejmowane bez użycia narzędzi

Odp. Tak.

Łóżko szpitalne – 10 sztuk

Punkt 1

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganej ?

Odp. Tak.

Punkt 2

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2080 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganej ?

Punkt 6,7

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wypełnione płytami metalowymi z otworami wentylacyjnymi w leżu zamontowane na stałe?

Odp. Tak.

Punkt 16

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami zabezpieczające pacjenta na 3/4 długości leża plus protektor ?

Odp. Tak.

Punkt 16

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o wymiarach 1400 x 340 mm?

Odp. Tak.

Szafka – 20 sztuk

Punkt 5,9

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z dwoma szufladami z czego jedna w postaci kontenera z wymowanym wkładem tworzywowym, znacznie lepsza w obsłudze?

Odp. Tak.

Punkt 13

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym którego regulacja odbywa się za pomocą sprężyny gazowej ?

Odp. Tak.

Szafka – 29 sztuk

Punkt 5,9

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z dwoma szufladami z czego jedna w postaci kontenera z wymowanym wkładem tworzywowym, znacznie lepsza w obsłudze?

Odp. Tak.

Punkt 13

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym którego regulacja odbywa się za pomocą sprężyny gazowej ?

Odp. Tak.

Łóżko szpitalne – 19 sztuk

Punkt 7

- Czy Zamawiający dopuści leże wypełnione siatką?

Odp. Nie.

Punkt 7

- Czy Zamawiający dopuści leże wypełnione lamelami?

Odp. Tak.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
im. Jędrzeja Śniadeckiego w N. Sączu

Lidia Zetek