



Szpital Specjalistyczny

im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO



MAŁOPOLSKA

**Wykonawcy
wszyscy**

DA:271-27-13/20

Nowy Sącz, dnia 4 sierpnia 2020 r.

Dotyczy: zapytanie nr 6 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż łóżek szpitalnych wraz z materacami i szafek przyłóżkowych**, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Łóżko medyczne dla Oddziału Psychiatrycznego – 21 szt. poz. 1 b

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej, która wraz z krążkami odbojowymi wynosi 2150 mm?

Odp. Tak.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, posiadające płytę HPL w szczytach o grubości 10 mm do wyboru z 4 kolorów (żółty, jasnoniebieski, jasnozielony, kremowy)?

Odp. Tak.

Łóżko medyczne z regulacją wysokości hydrauliczną przeznaczone na Oddział Psychiatryczny – 4 szt. poz. 1 a, łóżko szpitalne – 17 szt. poz. 4 a Oddział Pulmonologii, łóżko szpitalne elektryczne - 10 szt. poz. 4 b Oddział Pulmonologii, łóżko szpitalne elektryczne - 7 szt. poz. 6 a, łóżko szpitalne elektryczne z funkcją Trendelenburga i anty – Trendelenburga szt. 3 poz. 6 b, Oddział Rehabilitacyjny, łóżko szpitalne – 10 szt. poz. 6 Oddział Rehabilitacyjny, łóżko elektryczne wzmożonego nadzoru – 1 szt. poz. 8 Oddział Geriatrii

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, posiadające płytę HPL w szczytach o grubości 10 mm do wyboru z 4 kolorów (żółty, jasnoniebieski, jasnozielony, kremowy)?

Odp. Tak.

Dotyczy wzoru umowy sprzedaży §10 pkt. 1 lit. A

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do standardowych kar o wysokości 0,2% wartości brutto umowy niedostarczonej w terminie części przedmiotu umowy oraz usunięcia wad za każdy dzień opóźnienia ponad termin dostawy. Pomimo obniżenia procentowej wartości przewidywanej kary umownej, kwoty przy wartości zamawianego sprzętu medycznego będą i tak znaczące. Wysokość kar umownych będzie zatem spełniać swoją podstawową funkcję kompensacyjno - odszkodowawczą, stymulującą wykonawcę do prawidłowego wykonania zobowiązania. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę w związku z czym treść § 10 ust 1 lit. b) i lit. d) otrzymują następujące brzmienie:

„ b)w przypadku nieterminowej dostawy towaru Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości **0,2% wartości brutto towaru** nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień opóźnienia,

- d) w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru (sprzętu) Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości **0,2% wartości brutto zakwestionowanego towaru** za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu określonego w punkcie c,"

D Y R E K T O R
Szpitala Specjalistycznego
im. Jędrzeja Śniadeckiego w N. Sączu

Didia Zelek