



Szpital Specjalistyczny
im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO



MAŁOPOLSKA

PT. Wykonawcy
wszyscy

DA.271-27-14/20

Nowy Sącz, dnia 5 sierpnia 2020 r.

Dotyczy: zapytanie nr 7 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż łóżek szpitalnych wraz z materacami i szafek przyłóżkowych**, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pyt. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej, która wraz z krążkami odbojowymi wynosi 2180 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
im. Jędrzeja Śniadeckiego w N. Sączu
Lidia Zelek