



Szpital Specjalistyczny

im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO



Wykonawcy wszyscy

DA.271-13-11/21

Nowy Sącz dnia 6 kwietnia 2021r.

Dotyczy: Zapytanie nr 6

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę **obłożeń chirurgicznych, środków ochrony osobistej, wyrobów medycznych niesterylnych, wyrobów jednorazowego użytku do higieny pacjenta, wyrobów jednorazowego użytku do badań endoskopowych, zestawów do nakłucia łędźwiowego i wkłucia centralnego**, Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

Zadanie 1, pozycja 1

1. Czy Zamawiający dopuści fartuchy o parametrach:

Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii.

- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora

- Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapięcie na rzep 6 cm x 3 cm, rozmiar nadrukowany od strony wewnętrznej

Fartuch pakowany z ręcznikami w rozmiarze 30x40 cm?

- Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem
- Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
- Zgodność z normą EN-13795 1-3

Fartuchy pakowane w serwetę włókninową o wymiarze 60x60 cm +/-2 cm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 1, poz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści fartuch o parametrach:

Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m² w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach

Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora

Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep 6 cm x 3 cm, rozmiar nadrukowany od strony wewnętrznej

Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem

Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową

Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki w rozmiarze ok. 30 x 40 cm

Zgodność z normą EN-13795 1-3

Fartuchy pakowane w serwetę włókninową o wymiarze 60x60 cm +/-2 cm

Odp. Zgodnie ze SWZ.

Zadanie 1 poz. 3

1. Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o parametrach:
 - Komplet chirurgiczny niesterylny, wykonany z miękkiej, niepyłającej włókniny
 - Komplet składa się z bluzy i spodni, pakowanych razem
 - Materiał – włóknina nieprzeźroczysta, nieprzemakalna
 - Włóknina typu SMS, gramatura 40 g/m²
 - Kolory: niebieski.
 - Bluza luźna z trzema kieszeniami
 - Dekolt w kształcie litery V, przy szyi wykończony białą lamówką
 - Krótki standardowy prosty rękaw
 - Spodnie proste, bez mankietów, ściągane w pasie trokami
 - Opakowanie zewnętrzne – folia

Odp. Zgodnie ze SWZ.

Zadanie 1 poz. 1 – 3

1. Czy zamawiający wydzieli pozycje 1 – 3 do oddzielnego zadania? Umożliwi to złożenie ofert większej ilości oferentów.

Odp. Zgodnie ze SWZ.

Zadanie 2 poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści maski medyczne wykonane z trzech warstw włókniny: 1 warstwa 38g/m² polipropylen 2 warstwa 25g/m² melt-blown 3 warstwa 25g/m² polipropylen o następujących parametrach:
 - trzywarstwowa
 - posiada wkładkę dopasowującą kształt maski do nosa i twarzy bez zawartości niklu
 - zakładana na gumkę na uszy
 - zapewnia skuteczną filtrację bakterii BFE $\geq 98\%$
 - zabezpiecza przed nieczystościami, złuszczać się naskórkiem, włosami oraz zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową
 - ochrania pacjenta przed czynnikami infekcyjnymi
 - zapewnia swobodę oddychania
 - miękką
 - nie zawiera lateksu
 - jednorazowego użytku
 - opakowanie: kartonik z otworem umożliwiającym wygodne wyjmowanie pojedynczych sztuk
 - produkt opatrzone znakiem CE
 - zgodny z normą EN 14683:2019, typ IIR
 - Maski pakowane a'50 sztuk.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Zadanie 2 poz. 2

1. Czy zamawiający dopuści maski FFP2 o parametrach:
 - posiada 5 warstw ochronnych
 - posiada wkładkę dopasowującą kształt maski do nosa i twarzy
 - zakładana na gumkę na uszy
 - zapewnia skuteczną filtrację bakterii BFE $\geq 94\%$
 - ochrania przed przeniesieniem infekcji pomiędzy pracownikami a pacjentami wysoka przepuszczalność powietrza – nie ogranicza swobodnego oddychania nie zawiera lateksu
 - hipoalergiczna
 - jednorazowego użytku
 - pakowana pojedynczo
 - produkt opatrzone znakiem CE
 - zgodny z normą EN 149:2001+A1:2009, typ IIR
- Odp. Zgodnie ze SWZ.**

zadanie 2 poz. 3

1. Czy Zamawiający dopuści maski FFP 3 o parametrach:
 - posiada 5 warstw ochronnych
 - posiada wkładkę dopasowującą kształt maski do nosa i twarzy
 - zakładana na głowę z regulowanymi gumkami
 - zapewnia skuteczną filtrację bakterii BFE $\geq 98\%$

ochronia przed przenoszeniem infekcji pomiędzy pracownikami a pacjentami produkt jest odporny na przenikanie rozbryzgów cieczy
zapewniająca swobodę oddychania dzięki dodatkowym rowkom na czaszy maski nie zawiera lateksu
kauczuku naturalnego
jednorazowego użytku
produkt opatrzony znakiem CE
zgodny z normą EN 14683:2019+AC:2019, typ IIR
Odp. Zgodnie ze SWZ.

Zadanie 2 poz. 3

1. Czy zamawiający dopuści maski FFP3 o parametrach:

zapewnia skuteczną filtrację bakterii PFE $\geq 99\%$
posiada 6 warstw ochronnych
posiada wkładkę dopasowującą kształt maski do nosa i twarzy
zakładana na gumkę na uszy
ochronia przed przenoszeniem infekcji pomiędzy pracownikami a pacjentami wysoka przepuszczalność powietrza – nie ogranicza swobodnego oddychania nie zawiera lateksu
hipoalergiczna
jednorazowego użytku
pakowana pojedynczo
produkt opatrzony znakiem CE
zgodny z normą EN 149:2001+A1:2009, typ IIR
Odp. Zgodnie ze SWZ.

Zadanie 2 poz. 4

1. Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o wymiarach min. 38 cm x 15 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Zadanie 2 poz. 5

1. Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli SMS o gramaturze min. 18g/m², materiał łączony szwem overlock, kolor niebieski o składzie poszwa na kołdrę i prześcieradło zgodnie z SIWZ oraz poszewka o wymiarach 70 x 80 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Zadanie 4

1. Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany w pasie wszytym trokiem? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga paska połączonego na stałe z fartuchem (pasek przyszyty do fartucha).

Zadanie 6, pozycja 3

1. Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce 50cm x 50 mb?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający dopuści podkład z perforacją co 50 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
im. Jędrzeja Śniadeckiego w N. Sączu
Lidia Zeleń