



Wykonawcy wszyscy

DA.271-38-6/21

Nowy Sącz, dnia 12 sierpnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy załącznika nr 8 do SWZ, zestawienie parametrów technicznych / opis przedmiotu zamówienia, poz. 17 „Co najmniej 40 kanałów terapeutycznych”.

W celu umożliwienia złożenia oferty nie podlegającej odrzuceniu prosimy o wykreślenie tego parametru z wymaganych – firma jako wiodący producent systemów do radioterapii nie oferuje aparatów HDR z czterdziestoma kanałami.

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia w załączniku nr 8 do SWZ zestawienie parametrów technicznych / opis przedmiotu zamówienia punkt 17 w część 1 poz. 1-3 oraz 5-9 - System do brachyterapii HDR o brzmieniu jak poniżej:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI (minimalne parametry) | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE (podać lub opisać) |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 17 | Co najmniej 28 kanałów terapeutycznych | TAK | |

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Lidia Zelek