



Wykonawcy wszyscy

DA.271-38-9/21

Nowy Sącz, dnia 12 sierpnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 3

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ część tomografu komputerowego, pkt 15:

Zamawiający w tym pkt określił sposoby chłodzenia generatora płynem i powietrzem.

Na rynku występują aparaty chłodzone tylko płynem lub tylko powietrzem.

Celem uściślenia pytamy czy Zamawiający zmieni treść tego pkt na :

„Sposób chłodzenia generatora:

- a) płynem, z oddawaniem ciepła na zewnątrz pomieszczenia gantry, lub
- b) powietrzem, z oddawaniem ciepła do pomieszczenia gantry

Tak, podać?

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia w załączniku nr 8 do SWZ zestawienie parametrów technicznych / opis przedmiotu zamówienia punkt 15 w część 1 poz. 1-3 oraz 5-9 - Tomograf komputerowy o brzmieniu jak poniżej:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI (minimalne parametry)	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE (podać lub opisać)
15	Sposób chłodzenia generatora: a) płynem, z oddawaniem ciepła na zewnątrz pomieszczenia gantry, lub b) powietrzem, z oddawaniem ciepła do pomieszczenia gantry	Tak, podać	

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
Lidia Zelek