

Wykonawcy Wszyscy

DA.271-76-10/22

Nowy Sącz, dnia 2 grudnia 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego i biurowego w ramach środków pn „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej**, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy: Część nr 3 - Dostawa łóżek na oddziały szpitalne – 14 szt.

1. Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szyny stalowe lakierowane proszkowo mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione łatwo odejmowanymi płytami HPL (bez konieczności użycia narzędzi), segment miednicy stalowy, lakierowany proszkowo zamocowany na stałe w celu zapewnienia stabilności leża?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu? W oferowanym łóżku pilot posiada specjalny uchwyt umożliwiający zawieszenie go na barierce bocznej w czasie transportu?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści łóżko posiadające sterowanie funkcjami?

• **Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta** umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj.: regulacja wezglowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda, regulacja funkcji autokontur, zaprogramowana pozycja wyjściowa; **Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza;**

diody LED informujące o najniższym położeniu łóżka; **Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza;**

oraz uzyskaniu kąta 30° podczas regulacji segmentu oparcia pleców (segment oparcia pleców po uzyskaniu kąta 30 zatrzymuje się automatycznie). **Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

- **Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek** posiadające sterowanie następującymi funkcjami: regulacja segmentu oparcia pleców, regulacja segmentu uda, regulacja wysokości leża, regulacja funkcji autokontur, regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga; zaprogramowana pozycja wyjściowa, pozycja antyszokowa, pozycja reanimacyjna (CPR), pozycja egzaminacyjna (do badania), pozycja kardiologiczna **Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza;**
 diody LED informujące o najniższym położeniu łóżka; **Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza;**
 oraz uzyskaniu kąta 30° podczas regulacji segmentu oparcia pleców (segment oparcia pleców po uzyskaniu kąta 30° zatrzymuje się automatycznie); dioda LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora **Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**
 - **Panel sterujący dla personelu medycznego** z możliwością podwieszenia pod w półką do odkładania pościeli oraz z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR). Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, regulacji segmentu uda, regulacji wysokości leża, regulacji funkcji autokontur, regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga; zaprogramowana pozycja wyjściowa, pozycja kardiologiczna, pozycja egzaminacyjna (do badania), pozycja antyszokowa, pozycja reanimacyjna (CPR); **Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza;**
 diody LED informujące o najniższym położeniu łóżka **Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza;**
 oraz uzyskaniu kąta 30° podczas regulacji segmentu oparcia pleców (segment oparcia pleców po uzyskaniu kąta 30° zatrzymuje się automatycznie); dioda LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora **Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**
 - **Dodatkowy pilot przewodowy** – regulacja wezglowia, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur, zaprogramowana pozycja wyjściowa; **Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza;**
 diody LED informujące o najniższym położeniu łóżka **Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza;**
 - oraz uzyskaniu kąta 30° podczas regulacji segmentu oparcia pleców (segment oparcia pleców po uzyskaniu kąta 30° zatrzymuje się automatycznie) **Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**
5. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację wysokości w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm)?
Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.
 6. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację segmentu oparcia pleców od 0 do 66 stopni (+/- 5°)?
Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.
 7. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację pozycji anty-Trendelenburga od 0 do 18 stopni (+/- 2°)?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.
 8. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko posiadające sygnalizację wizualną (dioda LED) informująca o najniższej pozycji leża?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko posiadające barierki nie wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilota? W oferowanym łóżku pilot posiada specjalny uchwyt umożliwiający zawieszenie go na barierce bocznej w czasie transportu?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

10. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę do odkładania pościeli z możliwością podwieszenia pod nią panelu centralnego?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

11. Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści łóżko posiadające dźwignie zwalniania mechanizmu przedłużenia leża umieszczone od strony nóg pod szczytem łóżka?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko posiadające koła o średnicy 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowy obsługiwany jedną dźwignią od strony nóg pacjenta, zlokalizowaną przy kołach?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

13. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści łóżko posiadające bezpieczne obciążenie robocze 250 kg?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

14. Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o następujących cechach?

- wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka
- wkład – pianka
- grubość materaca 10 cm
- pianka o gęstości T30 kg/m³
- wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)
- paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze
- pokrowiec z zamkiem z 2 stron, dodatkowa zakładka zabezpieczająca zamek przez zamoczeniem
- odporny na przenikanie mikroorganizmów

- odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru
- pranie pokrowca w temperaturze do 95°C
- pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB 5)
- materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciugrzybiczych

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: Część nr 4 - Dostawa wózka do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 15 szt.

1. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji wózka wykonanej ze stali pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne w kolorze szarym?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o długości 2143 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o szerokości 778 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z leżem 2-segmentowym oraz materacem o wymiarach 1900 mm x 650 mm?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zakresu regulacji wysokości hydraulicznej 600 – 900 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kół tworzywowych?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w centralny hamulec, dźwignie przy czterech kołach?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

8. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dopuszczalnego obciążenia wózka 310 kg?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wadze 160 kg?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w obu końcach w wygodne uchwyty do prowadzenia, uchwyty od strony głowy i nóg składane w momencie ich nie używania?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

11. Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w materac o grubości 10 cm, z pokrowcem wykonanym z poliestru z ognioodporną powłoką poliuretanową **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**
w kolorze ciemnoniebieskim? **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**
12. Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w dwie listwy na akcesoria i 8 haczyków?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
13. Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt na kroplówkę z 2 hakami?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
14. Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego w osłonie podwozia wyprofilowane miejsce na butlę z tlenem z paskiem mocującym butlę przed przemieszczaniem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

